

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

Статус	Завершено
мероприятия:	
Контролируемое	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
лицо:	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВДОХНОВЕНИЕ"
Контрольный(над	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
зорный) орган:	В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 08.04.2026
Сертификат: 23 36 57 96 15 80 37 85 72 20 66 80 95 26 18 32
54 21 45 5
Выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ефремов Владимир Михайлович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 31.10.2025 по 24.01.2027

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 26.03.2026
Сертификат: 23 36 57 96 15 80 37 85 72 20 66 80 95 26 18 32
54 21 45 5
Выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ефремов Владимир Михайлович, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 31.10.2025 по 24.01.2027

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 26.05.2026
Сертификат: 33 79 22 04 34 48 92 52 85 27 73 38 33 69 97 95
98 35 06 7
Выдан: Казначейство России
Владелец: Финце Марина Николаевна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 18.07.2025 по 11.10.2026

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 004 – Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 12.05.2026

Дата окончания: 25.05.2026

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248–ФЗ) Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения, установленной в части 2 статьи 25 настоящего Федерального закона
Дополнительно: –

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ВДОХНОВЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7448167118

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147448000700

Адрес места нахождения: г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д 43В

ОКВЭД:

1. 86.10 Деятельность больничных организаций

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Микропредприятие

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Наименование объекта контроля: медицинский центр
Тип объекта: Деятельность и действия
Вид объекта: Оказание медицинской помощи вне медицинской организации, в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов, медицинских организаций косметологического и (или) стоматологического профиля на 1 – 2 рабочих места, оказывающих услуги без хирургических вмешательств
Подвид объекта: Оказание медицинской помощи вне медицинской организации, в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов, медицинских организаций косметологического и (или) стоматологического профиля на 1 – 2 рабочих места, оказывающих услуги без хирургических вмешательств
Категория риска: высокий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Финце Марина Николаевна Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
2. Артемьев Константин Алексеевич Главный специалист-эксперт отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Обязательные требования, подлежащие проверке

Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

1. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 2, Статья 24
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Статья 11, Глава II
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять гигиеническое обучение работников
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц
3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Часть 4, Статья 34
Содержание требования: Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.
4. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 3, Статья 32
Содержание требования: Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.
5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 3, Статья 22
Содержание требования: В местах централизованного обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль. Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

- в области обеспечения радиационной безопасности.
6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 2, Статья 32
Содержание требования: Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.
 7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 3, Статья 34
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками.
 8. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 1.1, Статья 32
Содержание требования: При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля.
 9. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 52-ФЗ, Пункт 1, Статья 32
Содержание требования: Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.
 10. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, 157-ФЗ, Статья 11, Глава 4, Другое/ прочее часть 1
Содержание требования: Профилактические прививки проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензий на медицинскую деятельность.
 11. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, 157-ФЗ, Статья 11, Глава 4, Другое/ прочее часть 4
Содержание требования: Профилактические прививки должны проводиться в соответствии с требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
 12. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, 157-ФЗ, Часть 1, Статья 13
Содержание требования: Хранение и транспортировка иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил.
 13. О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, 77-ФЗ, Пункт 3, Статья 8
Содержание требования: Вакцинация против туберкулеза в целях его профилактики должна осуществляться в соответствии с национальным календарем профилактических

Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

прививок

14. О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, 77–ФЗ, Пункт 5, Статья 8

Содержание требования: Руководители медицинских организаций обязаны направлять в медицинские противотуберкулезные организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно–эпидемиологического надзора, информацию о выявленных на соответствующих территориях в течение года больных туберкулезом

Содержание требования: Индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность, обязаны направлять в медицинские противотуберкулезные организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно–эпидемиологического надзора, информацию о выявленных на соответствующих территориях в течение года больных туберкулезом

15. О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, 77–ФЗ, Пункт 4, Статья 8

Содержание требования: В целях выявления туберкулеза периодически должны проводится профилактические медицинские осмотры граждан

Содержание требования: Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2017 г. N 124н "Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза"

16. О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, 77–ФЗ, Пункт 2, Статья 11

Содержание требования: Сведения о выявлении больных туберкулезом индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность, обязаны сообщать в территориальные медицинские противотуберкулезные организации и органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно–эпидемиологический надзор, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Содержание требования: Сведения о выявлении больных туберкулезом медицинские противотуберкулезные организации обязаны сообщать в территориальные медицинские противотуберкулезные организации и органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно–эпидемиологический надзор, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

17. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции , 15–ФЗ, Статья 12

Содержание требования: Запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно–курортных услуг.

Содержание требования: Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены, размещается знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, требования к которому и порядку размещения которого

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18. Об отходах производства и потребления, 89–ФЗ, Часть 2, Статья 16

Содержание требования: Организация транспортирования отходов должна осуществляться при наличии на контейнерах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов

Содержание требования: Организация транспортирования отходов должна осуществляться при наличии на транспортных средствах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов

Содержание требования: Организация транспортирования отходов должна осуществляться при наличии на цистернах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов

Содержание требования: Организация транспортирования отходов должна осуществляться при соблюдении требований безопасности к транспортированию отходов транспортными средствами

Содержание требования: Организация транспортирования отходов осуществляется при наличии документации для транспортирования и передачи отходов, оформленной в соответствии с правилами перевозки грузов с указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

Содержание требования: Организация транспортирования отходов осуществляется при наличии паспорта отходов при транспортировании отходов I – IV класса опасности;

19. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции), 38–ФЗ, Статья 16

Содержание требования: Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ– инфицированным в амбулаторных условиях, обязаны создать условия для реализации предусмотренных Федеральным законом от 30.03.1995 N 38–ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)" прав ВИЧ–инфицированных

Содержание требования: Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ– инфицированным в амбулаторных условиях, обязаны создать условия для предупреждения распространения ВИЧ–инфекции

Содержание требования: Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ– инфицированным в стационарных условиях, обязаны создать условия для реализации предусмотренных Федеральным законом от 30.03.1995 N 38–ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ–инфекции)" прав ВИЧ–инфицированных

Содержание требования: Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ– инфицированным в стационарных условиях, обязаны создать условия для предупреждения распространения ВИЧ–инфекции

20. О техническом регулировании, 184–ФЗ, Часть 1, Статья 38, Раздел 1

Содержание требования: В течение десяти дней с момента получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, если необходимость установления более длительного срока не следует из существа проводимых мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан провести проверку достоверности полученной информации. По требованию органа

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

государственного контроля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан представить материалы указанной проверки в орган государственного контроля (надзора). В случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан принять необходимые меры для того, чтобы до завершения проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, возможный вред, связанный с обращением данной продукции, не увеличился.

21. О техническом регулировании, 184-ФЗ, Часть 1, Статья 37, Раздел 1
Содержание требования: Продавец, получивший информацию о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, в течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя
Содержание требования: Изготовитель, которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения указанной информации.
Содержание требования: Исполнитель, которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения указанной информации.
22. О техническом регулировании, 184-ФЗ, Часть 3, Статья 38
Содержание требования: В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, продавец обязан незамедлительно приостановить производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и возместить приобретателям, в том числе потребителям, убытки, возникшие в связи с отзывом продукции, незамедлительно прекратить действие декларации о соответствии на продукцию.
23. О техническом регулировании, 184-ФЗ, Часть 2, Статья 38, Раздел 1
Содержание требования: Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям, осуществляются продавцом и за его счет.
24. Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 40, Пункт 1.4, Глава I
Содержание требования: 1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять: производственный контроль за условиями труда; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами.
25. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.11
Содержание требования: Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений
Содержание требования: Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения видов работ.
26. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.7.

Содержание требования: В кабинетах медицинских организаций , где проводится обработка инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка).

27. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.2.
Содержание требования: В помещениях инфекционного профиля медицинских организаций вытяжка должна преобладать над притоком воздуха.
28. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.13.
Содержание требования: В медицинской организации при установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений возможно объединение воздуховодов нескольких боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.
Содержание требования: В медицинской организации при установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений возможно объединение воздуховодов нескольких боксов в одну систему вытяжной вентиляции.
29. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.6.2.
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей кратности воздухообмена размещаются помещения работников (душевые)
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей кратности воздухообмена размещаются помещения работников (помещения отдыха)
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата размещаются: помещения вспомогательных служб (кладовые и хранилища всех видов)
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей кратности воздухообмена размещаются помещения работников (гардеробные)
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей кратности воздухообмена размещаются: помещения вспомогательных служб (архивы)
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата размещаются: помещения вспомогательных служб (архивы)
Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей кратности воздухообмена размещаются: помещения вспомогательных служб (центральных стерилизационных)

Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата размещаются: помещения вспомогательных служб (помещения приготовления рабочих дезинфекционных растворов)

Содержание требования: В медицинских организациях без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата размещаются помещения работников (душевые)

30. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.20.

Содержание требования: При входе в палатную секцию медицинской организации должен организовываться шлюз.

Содержание требования: При входе в секцию реанимации медицинской организации должен организовываться шлюз.

Содержание требования: При входе в операционный блок медицинской организации должен организовываться шлюз.

31. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.1

Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов в соответствии с законодательством Российской Федерации

Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил, с проведением лабораторных исследований с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации

Содержание требования: Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации

32. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.1.

Содержание требования: Размещение помещений медицинской организации должно обеспечивать соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки инвентаря.

Содержание требования: Размещение помещений медицинской организации должно обеспечивать соблюдение требований к последовательности (поточности)

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

технологических процессов обработки оборудования.

Содержание требования: Размещение помещений медицинской организации должно обеспечивать соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки материалов.

33. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.28

Содержание требования: В помещениях медицинской организации, за исключением помещений класса чистоты А, воздуховоды размещаются в закрытых коробах

34. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.4.

Содержание требования: В медицинских организациях, обслуживающих до 50 пациентов в смену, чистое и грязное белье должно храниться в центральных кладовых для этого белья либо в раздельных шкафах

35. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.2

Содержание требования: Зона общепольничного режима (после шлюза) отделяется от остальных помещений операционного блока запретительным знаком.

36. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.3.3.

Содержание требования: 4.3.3. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения дезинфекции.

Содержание требования: 4.3.3. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки.

37. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.7

Содержание требования: В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

38. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.3.1.

Содержание требования: В вестибюлях помещений медицинских организаций полы должны быть устойчивы к механическому воздействию.

39. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.10.

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Перевод приточно-вытяжной системы вентиляции помещений класса чистоты А в рабочий режим осуществляется не менее чем за 1 час до начала работы.

40. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.27.
Содержание требования: Вентиляционные установки должны содержаться в чистоте
41. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.10.
Содержание требования: Один раз в год в период проверки эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции медицинской организации производится отключение вентиляции до окончания работ.
Содержание требования: В период дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции медицинской организации производится отключение вентиляции до окончания работ.
42. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.3.
Содержание требования: Минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противозидемического режима, эксплуатируемых медицинскими организациями, следует принимать согласно МИНИМАЛЬНОМУ НАБОРУ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ФАП согласно приложения N 2 к настоящим правилам.
Содержание требования: Минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противозидемического режима, эксплуатируемых медицинскими организациями, следует принимать согласно НАБОРУ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ согласно приложения N 1 к настоящим правилам
43. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.17
Содержание требования: Забор наружного воздуха для систем кондиционирования медицинской организации производится из чистой зоны на высоте не менее 2 метров от поверхности земли.
Содержание требования: Забор наружного воздуха для систем вентиляции медицинской организации производится из чистой зоны на высоте не менее 2 метров от поверхности земли.
44. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.3.
Содержание требования: Уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой полов с применением

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

- дезинфицирующих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в неделю.
Содержание требования: Уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой оборудования с применением дезинфицирующих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в неделю.
45. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.4
Содержание требования: Не допускается использование воды из системы отопления для хозяйственно–бытовых целей.
Содержание требования: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов в соответствии с ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ В 1 МЗ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА (КЛАСС ЧИСТОТЫ)
Содержание требования: Не допускается использование воды из системы отопления для технологических целей.
46. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.24.
Содержание требования: Оборудование прочих вытяжных вентиляционных систем медицинской организации размещается в климатическом исполнении на кровле здания.
Содержание требования: Оборудование прочих приточных вентиляционных систем медицинской организации размещается в отдельном помещении (вентиляционной камере)
Содержание требования: Оборудование прочих приточных вентиляционных систем медицинской организации размещается в климатическом исполнении на кровле здания.
Содержание требования: Оборудование прочих вытяжных вентиляционных систем медицинской организации размещается в отдельном помещении (вентиляционной камере)
47. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.8
Содержание требования: Уборка собственной территории проводится по мере загрязнения.
Содержание требования: Уборка собственной территории проводится ежедневно
48. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.25.4.
Содержание требования: Кладовая для чистого белья оборудуется стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки
Содержание требования: Кладовая для чистого белья оборудуется стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения дезинфекции.
49. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

- а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.12.
Содержание требования: В инфекционных отделениях медицинской организации вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
50. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.16.3.
Содержание требования: Между сеансами в кабинетах гипокситерапии в физиотерапевтическом отделении и(или) отделении медицинской реабилитации устраивается перерыв для проветривания
51. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.10.
Содержание требования: Перегородки для прохождения инженерных коммуникаций должны быть непроницаемы для грызунов.
Содержание требования: Стыки между перегородками для прохождения проводов должны быть непроницаемы для грызунов
52. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.4
Содержание требования: В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов в соответствии с предельно допустимым уровнем (ПДУ) веществ на поверхности технологического оборудования
53. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.10.1.
Содержание требования: Пациенты медицинской организации с гнойно–септическими заболеваниями изолируются в боксированную палату.
54. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.6
Содержание требования: При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
55. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.28.
Содержание требования: Во всех помещениях класса чистоты А медицинской организации должна быть скрытая прокладка арматуры.
Содержание требования: Во всех помещениях класса чистоты А медицинской организации должна быть скрытая прокладка трубопроводов

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

56. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.1.
Содержание требования: При невозможности оборудования водопровода в поликлиниках используется бутилированная вода
57. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.26.
Содержание требования: Воздуховоды приточной вентиляции медицинской организации должны иметь внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов .
58. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.8
Содержание требования: На территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности, не допускается скопление мусора.
Содержание требования: На территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на ином законном основании не допускается скопление мусора.
59. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.6
Содержание требования: В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, для обработки постельных принадлежностей обработка может проводиться в организациях, имеющих дезинфекционные камеры.
Содержание требования: В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, для обработки постельных принадлежностей должно быть дезинфекционное структурное подразделение
60. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.2.
Содержание требования: Административно– бытовые помещения столовой (пищеблок) не должны быть проходными.
Содержание требования: Центральное стерилизационное отделение не должно быть проходным.
Содержание требования: Отделение терапии не должно быть проходным.
Содержание требования: Подсобные помещения столовой (пищеблок) не должны быть проходными.
Содержание требования: Производственные помещения не должны быть проходными.
Содержание требования: Складские помещения не должны быть проходными.
Содержание требования: Палатные отделения не должны быть проходными.
Содержание требования: Хозяйственные помещения не должны быть проходными.

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

61. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.6.
Содержание требования: Оперативные вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская деятельность по реаниматологии, проводятся в условиях операционной
Содержание требования: Оперативные вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская деятельность по реаниматологии, проводятся в условиях малой операционной.
Содержание требования: Оперативные вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская деятельность по анестезиологии проводятся в условиях малой операционной.
Содержание требования: Оперативные вмешательства, для проведения которых осуществляется медицинская деятельность по анестезиологии проводятся в условиях операционной
62. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.18
Содержание требования: Выброс воздуха на фасад здания должен быть после очистки фильтрами соответствующего назначения.
63. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.7
Содержание требования: Покрытия стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь признаков поражений грибок должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих средств.
Содержание требования: Покрытия стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь признаков поражений грибок должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
Содержание требования: Покрытия пола , используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь признаков поражений грибок должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих средств.
Содержание требования: Покрытия пола , используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь повреждений, должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих средств.
64. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.31.
Содержание требования: При наличии централизованных систем увлажнения воздуха в целях профилактики внутрибольничного легионеллеза микробиологический контроль медицинской организацией данных систем на наличие легионелл проводится 2 раза в год.
65. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.15.

Содержание требования: Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно– диагностических помещениях медицинской организации , за исключением помещений класса чистоты А, должно быть предусмотрено естественное проветривание через форточки

66. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.7.

Содержание требования: Эксплуатация вентиляционных систем медицинских организаций должна исключать перетекание воздушных масс из помещений класса чистоты Г – в помещения классов чистоты В

Содержание требования: Эксплуатация вентиляционных систем медицинских организаций должна исключать перетекание воздушных масс из помещений класса чистоты Б в помещения класса чистоты А.

67. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.17.2.

Содержание требования: При процедурной для исследования нижних отделов пищеварительного тракта должен быть организован туалет.

68. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.3.2.

Содержание требования: В душевых медицинских организаций в помещениях разборки грязного белья отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения.

Содержание требования: В душевых медицинских организаций в помещениях временного хранения отходов отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения.

69. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.5.

Содержание требования: Перевозка грязного и чистого белья в одной и той же таре не допускается.

70. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее 4.5.21

Содержание требования: В палатах с туалетами устройство систем вентиляции должно исключать возможность перетока воздуха из туалета в палату.

71. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.1.10.

Содержание требования: В инфекционное отделение многопрофильных стационарных

Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

- медицинских организаций должен быть предусмотрен отдельный вход.
72. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.7.
Содержание требования: В медицинской организации не должно быть грызунов.
Содержание требования: В медицинской организации не должно быть насекомых
73. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.20.
Содержание требования: Воздухообмен в отделениях медицинской организации должен быть организован так, чтобы не допустить перетекания воздуха между смежными этажами.
74. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.5.
Содержание требования: Транспортировка грязного белья в прачечную должна осуществляться в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом.
Содержание требования: Транспортировка чистого белья из прачечной должна осуществляться в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом.
75. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.25.4.
Содержание требования: Центральная кладовая для грязного белья оборудуется напольными стеллажами
Содержание требования: Центральная кладовая для грязного белья оборудуется напольными умывальником
Содержание требования: Центральная кладовая для грязного белья оборудуется напольными вытяжной вентиляцией
Содержание требования: Центральная кладовая для грязного белья оборудуется устройством для обеззараживания воздуха.
76. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.8.
Содержание требования: Туалеты медицинских организаций обеспечиваются средствами для сушки рук.
Содержание требования: Туалеты медицинских организаций обеспечиваются средствами для мытья рук.
Содержание требования: Туалеты медицинских организаций обеспечиваются туалетной бумагой
77. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.11

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств

Содержание требования: По окончании уборки весь инвентарь ополаскивается проточной водой

Содержание требования: По окончании уборки весь инвентарь просушивается.

78. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.3.

Содержание требования: Здания медицинских организаций должны быть оборудованы системами приточно–вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

79. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.1.6.

Содержание требования: Кабинеты магнитно–резонансной томографии не допускается размещать смежно с квартирами.

80. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.5.

Содержание требования: 4.25.5. Процессы, связанные с погрузкой белья, должны быть механизированы.

Содержание требования: 4.25.5. Процессы, связанные с разгрузкой белья, должны быть механизированы.

Содержание требования: Процессы, связанные с транспортировкой белья, должны быть механизированы.

81. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.10.

Содержание требования: В период очистки систем механической приточно–вытяжной вентиляции при отключение вентиляции до окончания работ обслуживаемые

помещения класса чистоты А медицинских организаций не функционируют

Содержание требования: В период очистки систем кондиционирования при

отключение вентиляции до окончания работ обслуживаемые помещения класса чистоты Б медицинских организаций не функционируют

82. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.17

Содержание требования: Наружный воздух, подаваемый приточными установками в медицинской организации, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой очистки

83. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.6.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

источником выделения пыли, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения химических веществ, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Содержание требования: Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

84. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.3.

Содержание требования: После окончания уборки проводится обеззараживание воздуха в помещении.

85. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.2

Содержание требования: При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

86. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4. 5.1.

Содержание требования: Нагревательные приборы должны иметь поверхность устойчивую к воздействию дезинфицирующих растворов.

Содержание требования: Нагревательные приборы должны иметь поверхность устойчивую к воздействию моющих растворов.

87. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.3

Содержание требования: Вход в операционный блок медицинской организации должен осуществляться через санитарные пропускники после санитарной обработки.

88. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.16.3.

Содержание требования: Для мойки масок в физиотерапевтическом отделении и(или) отделении медицинской реабилитации должно быть отдельное помещение.

89. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.2.

Содержание требования: Один раз в год должна проводиться дезинфекция систем

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

- механической приточно-вытяжной вентиляции медицинских организаций
Содержание требования: Один раз в год должна проводиться проверка эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции медицинских организаций
Содержание требования: Один раз в год должна проводиться очистка систем механической приточно-вытяжной вентиляции медицинских организаций
90. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.16.2.
Содержание требования: Уровень электромагнитных полей в кабинетах физиотерапевтического лечения должен соответствовать гигиеническим нормативам для производственных помещений.
91. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.5.
Содержание требования: Воздух помещений медицинских организаций должен соответствовать предельному значению содержания общего количества микроорганизмов в 1 м³ (далее – класс чистоты) с учетом температуры в соответствии с приложением N 3 к настоящим правилам.
92. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.5.
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации санитарные пропускники (мужской) должны иметь второе помещение – для переодевания работников
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации санитарные пропускники (женский) должны иметь третье помещение, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил).
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации санитарные пропускники (мужской) должны иметь три смежных помещения
93. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.10
Содержание требования: Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием.
94. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.6.1.
Содержание требования: Помещения с постоянным пребыванием пациентов должны иметь естественное освещение.
Содержание требования: Помещения с постоянным пребыванием работников должны иметь естественное освещение.

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

95. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.4.
Содержание требования: Для временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями в медицинских организациях, оказывающих помощь в стационарных условиях, оборудуются боксы.
96. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.4.
Содержание требования: В операционные блоки медицинской организации должны быть организованы отдельные входы для пациентов (через шлюз) и работников (через санитарный пропускник).
Содержание требования: В операционные блоки медицинской организации должны быть организованы отдельные входы для пациентов (из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник).
97. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.3.
Содержание требования: Площадь помещений, не указанных в таблице, определяется непосредственно хозяйствующим субъектом с учетом последовательности технологических процессов
98. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.25.
Содержание требования: В помещениях медицинской организации, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов , используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.
Содержание требования: В помещениях медицинской организации, в которых осуществляются манипуляции с нарушением слизистых, используются устройства и оборудование для обеззараживания воздуха.
Содержание требования: В помещениях медицинской организации , в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов , используются устройства и оборудование для обеззараживания воздуха.
Содержание требования: В помещениях медицинской организации, в которых осуществляются манипуляции с нарушением слизистых, используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели
99. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.3.3.
Содержание требования: Элементы потолков должны быть фиксированы.
Содержание требования: Элементы потолков должны быть без возможности сдвигания при уборке.

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

100. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.30.
Содержание требования: . В рамках проведения производственного контроля медицинской организацией организуется контроль за загрязненностью химическими веществами воздушной среды не реже 1 раза в год.
Содержание требования: В рамках проведения производственного контроля медицинской организацией организуется контроль за показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев
Содержание требования: В рамках проведения производственного контроля медицинской организацией организуется контроль за параметрами микроклимата с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев
101. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее 2.2.
Содержание требования: Здания, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.
102. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.4.
Содержание требования: Система вентиляции медицинской организации, размещающейся в многоквартирном доме, должна быть отдельной от вентиляции многоквартирного дома.
103. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.16.3.
Содержание требования: После окончания рабочей смены в кабинетах гипокситерапии должна производиться уборка с применением дезинфицирующих средств
104. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.1.11
Содержание требования: Контейнерная площадка должна иметь навес.
Содержание требования: Контейнерная площадка должна быть с въездом со стороны улицы
Содержание требования: Контейнерная площадка должна быть с твердым покрытием
Содержание требования: Контейнерная площадка должна иметь ограждение
Содержание требования: Контейнерная площадка должна быть защищена от постороннего доступа
105. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.3.1.
Содержание требования: Полы в вентиляционных камерах медицинских организаций

Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

должны иметь покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации.

106. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.1.2.
Содержание требования: Эксплуатация объектов медицинской организации иными юридическими и физическими лицами осуществляется в соответствии с заявленным хозяйствующим субъектом видом деятельности при условии соблюдения настоящих правил.
Содержание требования: Эксплуатация собственной территории медицинской организации иными юридическими и физическими лицами осуществляется в соответствии с заявленным хозяйствующим субъектом видом деятельности при условии соблюдения настоящих правил.
107. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.2.
Содержание требования: В качестве резервного источника в медицинских организациях устанавливаются водонагревательные устройства.
108. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.1.11
Содержание требования: В хозяйственной зоне на собственной территории медицинской организации оборудуется контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов.
109. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.9.
Содержание требования: Двери в санузлах для пациентов должны открываться наружу.
110. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.12
Содержание требования: Дератизация проводится в отсутствие потребителей.
Содержание требования: Дезинсекция проводится в отсутствие работников.
Содержание требования: Дератизация проводится в отсутствие работников .
Содержание требования: Дезинсекция проводится в отсутствие потребителей.
111. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.12
Содержание требования: В помещениях не должно быть грызунов и следов их жизнедеятельности.
Содержание требования: В помещениях не должно быть насекомых и следов их жизнедеятельности
112. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.27

Содержание требования: Дезинфекция систем вентиляции медицинской организации проводится не реже 1 раза в год.

Содержание требования: Очистка систем вентиляции медицинской организации проводится не реже 1 раза в год.

Содержание требования: Техническое обслуживание систем вентиляции медицинской организации проводится не реже 1 раза в год.

113. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.1.3.

Содержание требования: На собственной территории медицинской организации почва по санитарно- химическим должна соответствовать гигиеническим нормативам

114. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.3

Содержание требования: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам

Содержание требования: Вода, используемая в бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам

Содержание требования: Не допускается использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей.

Содержание требования: Не допускается использование воды из системы отопления для технологических целей.

115. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.10.2.

Содержание требования: В отделениях медицинской организации с двумя палатными секциями должно быть организовано не менее 2 перевязочных.

116. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.18

Содержание требования: Выброс отработанного воздуха в медицинской организации должен организовываться выше кровли на 0,7 м.

117. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.7.

Содержание требования: В лечебных помещениях медицинской организации должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих средств.

Содержание требования: В диагностических помещениях медицинской организации должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию дезинфицирующих средств.

Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Во вспомогательных помещениях медицинской организации (кроме административных и вестибюльных) должна использоваться мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию дезинфицирующих средств.

118. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.27.

Содержание требования: Уборка помещений воздухозаборных шахт медицинской организации – не реже 1 раза в 6 месяцев.

Содержание требования: Уборка помещений вентиляционных камер медицинской организации должна проводиться не реже одного раза в месяц

119. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.2.

Содержание требования: Уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) с обработкой стен с применением моющих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в месяц.

Содержание требования: Уборка помещений класса чистоты Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выдачи, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой полов с применением дезинфицирующих средств, проводится по графику, но не реже одного раза в месяц.

120. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Раздел 1, Другое/ прочее п.2.9

Содержание требования: Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками

Содержание требования: Не допускается заполнять контейнеры отходами сверх их краев

121. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.11

Содержание требования: Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку

Содержание требования: Инвентарь для уборки туалетов должен храниться отдельно от другого инвентаря.

122. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.12

Содержание требования: В составе отделения реанимации медицинской организации должна быть организована изолированная палата для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием.

123. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.9.

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Во все помещения медицинских организаций воздух подается в верхнюю зону.

124. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.24.

Содержание требования: Оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А в медицинской организации, размещается в отдельном помещении (вентиляционной камере).

125. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.2.

Содержание требования: Для медицинских организаций на случай выхода из строя системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

Содержание требования: Для медицинских организаций на случай проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

126. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.4

Содержание требования: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов.

Содержание требования: В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов в соответствии с ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ В 1 МЗ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА (КЛАСС ЧИСТОТЫ)

Содержание требования: В помещениях обеспечиваются параметры воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

127. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 2.5.

Содержание требования: Уровни электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни шума в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Содержание требования: Уровни вибрации в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

128. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.12

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: При появлении синантропных насекомых проводится дезинсекция

Содержание требования: При появлении грызунов проводится дератизация.

129. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.5.

Содержание требования: В медицинских организациях, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента, должны быть центральные стерилизационные отделения, площадь которых определяется в соответствии с настоящими правилами

Содержание требования: В медицинских организациях, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента, должны быть центральные стерилизационные отделения, в состав которых входит склад стерильных материалов (стерильная зона).

Содержание требования: В медицинских организациях, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента, должны быть центральные стерилизационные отделения, состав которых разделен на три зоны.

130. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.19

Содержание требования: Фильтры высокой эффективности подлежат замене не реже одного раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации.

131. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.27.

Содержание требования: Использование вентиляционных камер медицинской организации не по прямому назначению запрещается.

132. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Пункт 4.25.1.

Содержание требования: Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

133. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.3.2.

Содержание требования: Для покрытия пола применяют водонепроницаемые материалы.

134. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.22.2.

Содержание требования: Вход детей в детские поликлиники организуется через бокс.

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

135. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.17.2.
Содержание требования: Для проведения бронхоскопии выделяются отдельные процедурные.
Содержание требования: Для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта выделяются отдельные процедурные.
Содержание требования: Для проведения нижних отделов пищеварительного тракта выделяются отдельные процедурные.
136. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.8.
Содержание требования: Медицинские организации должны иметь отдельные туалеты для пациентов и работников, за исключением медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с численностью до 50 посещений в смену.
137. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.10.2.
Содержание требования: Перевязки пациентам, имеющим гнойное отделяемое, проводят в септической перевязочной
Содержание требования: Перевязки пациентам медицинской организации при отсутствии септической перевязочной проводят в асептической перевязочной после перевязок пациентов, не имеющих гнойного отделяемого.
138. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.11
Содержание требования: Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.
139. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.9
Содержание требования: Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.
140. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.22.
Содержание требования: При применении сплит-систем в палатах медицинской организации проводится очистка фильтров в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.
Содержание требования: При применении сплит-систем в кабинетах врачей медицинской организации проводится очистка фильтров в соответствии с технической документацией

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Содержание требования: При применении сплит-систем в кабинетах врачей медицинской организации проводится дезинфекция фильтров в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Содержание требования: При применении сплит-систем в палатах медицинской организации проводится очистка камер теплообменника в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Содержание требования: При применении сплит-систем в палатах медицинской организации проводится дезинфекция фильтров в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Содержание требования: При применении сплит-систем в кабинетах врачей медицинской организации проводится очистка камер теплообменника в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца.

141. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.14.

Содержание требования: Изоляция пациентов медицинской организации с паразитарными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации, осуществляется в боксы с механической системой вентиляции.

142. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.1.

Содержание требования: Операционные блоки медицинской организации должны быть размещены в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей чистоту воздуха.

Содержание требования: Операционные блоки медицинской организации должны быть размещены в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата.

Содержание требования: Операционные блоки медицинской организации должны быть размещены в помещениях, оборудованных автономной системой кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата.

Содержание требования: Операционные блоки медицинской организации должны быть размещены в помещениях, оборудованных автономной системой кондиционирования, обеспечивающей чистоту воздуха.

143. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.6.

Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации на две операционных оборудуется один санитарный пропускник.

144. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.9.

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Удаление воздуха операционных медицинских организаций должно организовываться из двух зон: 40% – из верхней зоны и 60% – из нижней зоны в 60 см от пола.

Содержание требования: Удаление воздуха в медицинских организациях должно организовываться из верхней зоны, кроме операционных, наркозных, реанимационных, родовых и рентгенопроцедурных

145. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.11.

Содержание требования: Запорные устройства должны устанавливаться на приточных вентиляционных системах в других помещениях медицинской организации для исключения несанкционированного перетока воздуха.

146. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.2.10

Содержание требования: Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

147. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.6.

Содержание требования: В помещениях классов чистоты А медицинских организаций в воздухе не должно быть золотистого стафилококка.

Содержание требования: В помещениях классов чистоты Б медицинских организаций в воздухе не должно быть золотистого стафилококка.

148. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.4.

Содержание требования: В поликлиниках должны быть центральные кладовые для грязного белья.

Содержание требования: В стационарах должны быть центральные кладовые для грязного белья.

Содержание требования: В поликлиниках должны быть центральные кладовые для чистого белья.

Содержание требования: В стационарах должны быть центральные кладовые для чистого белья.

149. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.9.1.

Содержание требования: Палатная секция стационара общесоматического профиля должна быть непроходной.

150. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

- товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.10.
Содержание требования: Приточно-вытяжная система вентиляции помещений класса чистоты А медицинских организаций должна работать в непрерывном режиме.
151. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.23.
Содержание требования: В медицинской организации вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений для хранения других веществ с резким запахом.
Содержание требования: В медицинской организации вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений для грязного белья
Содержание требования: В медицинской организации вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений: душевых
Содержание требования: В медицинской организации вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений санитарных узлов
Содержание требования: В медицинской организации вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений временного хранения отходов
Содержание требования: В медицинской организации вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений кладовых для хранения дезинфекционных средств
152. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.17.2.
Содержание требования: Проведение манипуляций бронхоскопии, эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта и нижних отделов пищеварительного тракта в одной процедурной не допускается.
153. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.19
Содержание требования: Воздух, подаваемый в помещения классов чистоты А медицинской организации, подвергается очистке и обеззараживанию другими устройствами, обеспечивающими эффективность фильтрации, соответствующей фильтрам высокой эффективности.
Содержание требования: Воздух, подаваемый в помещения классов чистоты Б медицинской организации, подвергается очистке и обеззараживанию другими устройствами, обеспечивающими эффективность очистки и обеззараживания воздуха на выходе из установки не менее чем на 95% для помещений класса чистоты Б
154. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.6.

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением оборудуются реанимационные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с жидким (антисептическим) мылом оборудуются процедурные кабинеты медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с иными моющими средствами оборудуются процедурные кабинеты медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с жидким (антисептическим) мылом оборудуются перевязочные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с иными моющими средствами оборудуются реанимационные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с иными моющими средствами оборудуются перевязочные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с жидким (антисептическим) мылом оборудуются реанимационные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с растворами антисептиков оборудуются предоперационные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением оборудуются предоперационные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением оборудуются перевязочные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с жидким (антисептическим) мылом оборудуются предоперационные медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с растворами антисептиков оборудуются процедурные кабинеты медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением оборудуются процедурные кабинеты медицинских организаций

Содержание требования: Умывальниками с дозаторами с растворами антисептиков оборудуются перевязочные медицинских организаций

155. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п. 4.25.8.

Содержание требования: Обращение с медицинскими отходами в медицинских организациях осуществляется в соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями раздела X СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий" , утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм

156. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.2.

Содержание требования: В асептических помещениях медицинских организаций приток воздуха должен преобладать над вытяжкой.

Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

157. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.10.
Содержание требования: Инженерные коммуникации систем водоснабжения во вспомогательных помещениях медицинских организаций , кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах.
Содержание требования: Инженерные коммуникации систем водоотведения в диагностических помещениях медицинских организаций , кроме административных, должны быть проложены в закрытых коробах.
158. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.8.
Содержание требования: Каждая группа помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) медицинских организаций оборудуется отдельными системами приточно–вытяжной вентиляции с механическим побуждением
159. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.11.2
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации должна быть организована зона строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента – наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации должно быть организовано зонирование внутренних помещений
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации должна быть организована зона общепольничного режима (шлюз).
Содержание требования: В операционных блоках медицинской организации должна быть организована стерильная зона (операционные)
160. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.1.7.
Содержание требования: Уровень физических факторов (постоянное магнитное поле) от работы отделения (кабинета) магнитно–резонансной томографии в помещениях с постоянным пребыванием людей не должен превышать гигиенические нормативы.
161. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.16.
Содержание требования: В зданиях медицинской организации общей площадью не более 500 м² в помещениях классов чистоты Б (кроме рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно–резонансной томографии) при отсутствии систем приточно–вытяжной вентиляции проветривание осуществляется естественным способом.

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

162. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.6.1.
Содержание требования: В медицинской организации показатели искусственного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам.
Содержание требования: В медицинской организации показатели естественного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам.
163. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.10.
Содержание требования: При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации.
Содержание требования: При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для уборки.
164. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.15.
Содержание требования: В случае отсутствия естественного проветривания из–за конструктивных особенностей здания, система приточно–вытяжной вентиляции медицинской организации должна обеспечивать чистоту воздушной среды в соответствии с ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ В 1 МЗ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА (КЛАСС ЧИСТОТЫ)
165. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.29.
Содержание требования: Продухи чердачных помещений медицинской организации должны быть защищены от проникновения птиц .
Содержание требования: Продухи чердачных помещений медицинской организации должны быть защищены от проникновения синантропных насекомых.
166. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.9.2
Содержание требования: При входе в палатную секцию стационара общесоматического профиля должен быть шлюз.
167. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.5.24.
Содержание требования: Канальное вентиляционное оборудование медицинской организации размещается за подшивным потолком, в коридорах без постоянного пребывания людей.
Содержание требования: Канальное вентиляционное оборудование медицинской

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

организации размещается за подшивным потолком, в помещениях без постоянного пребывания людей.

168. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.2.8.
Содержание требования: Для амбулаторно-поликлинических медицинских организаций с численностью от 20 посещений в смену должен быть организован гардероб для верхней (уличной) одежды.
169. Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 44, Другое/ прочее п.4.4.5.
Содержание требования: В туалетах медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Содержание требования: В перевязочных медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Содержание требования: В процедурных медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Содержание требования: В кабинетах работников медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Содержание требования: В комнатах работников медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Содержание требования: Во врачебных кабинетах медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
Содержание требования: Во вспомогательных помещениях медицинских организаций должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.
170. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 158, Глава 10
Содержание требования: К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО.
171. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 207, Глава 10

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Кузов автомобиля, предназначенного для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В, должен быть выполнен из материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфекционными средствами, механическому воздействию, иметь гладкую внутреннюю поверхность и маркировку "Медицинские отходы" с внешней стороны.

Содержание требования: При транспортировке продолжительностью более 4-х часов отходов, хранившихся в морозильных камерах, используется охлаждаемый транспорт.

Содержание требования: Транспортное средство должно быть обеспечено комплектом средств для проведения экстренной дезинфекции в случае рассыпания, разливания медицинских отходов.

Содержание требования: Транспорт, занятый перевозкой медицинских отходов класса А, подлежит мытью, дезинфекции и дезинсекции не реже 1 раза в неделю, а медицинских отходов класса Б и В – после каждой перевозки.

Содержание требования: Кабина водителя транспортных средств, предназначенных для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В, должна быть отделена от кузова автомобиля.

Содержание требования: Лицам, проводящим обеззараживание, необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные инструкцией по применению конкретного дезинфицирующего средства (защитная одежда, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки).

Содержание требования: Обеззараживание проводится способом орошения из гидропульты, распылителей или способом протирания растворами дезинфицирующих средств с использованием ветоши, щеток.

Содержание требования: В кузове транспорта должны быть предусмотрены приспособления для фиксации контейнеров, их погрузки и выгрузки.

172. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 203, Глава 10

Содержание требования: Транспортирование отходов с территории медицинских организаций производится специализированным транспортом к месту последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов, использование указанных транспортных средств для других целей не допускается.

173. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 189, Глава 10

Содержание требования: Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы, оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г, должны собираться в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в специально выделенных помещениях для хранения медицинских отходов.

174. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 173, Глава 10

Содержание требования: Крупногабаритные медицинские отходы класса А должны собираться медицинской организацией в бункеры для КГО.

Содержание требования: Поверхности и агрегаты КГО, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции перед их помещением в накопительный бункер.

175. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 170, Глава 10

Содержание требования: Сбор медицинских отходов класса А должен осуществляться в многоразовые емкости или одноразовые пакеты.

Содержание требования: Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного.

Содержание требования: Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров.

Содержание требования: Многоразовая тара после удаления из нее отходов подлежит мойке и дезинфекции.

Содержание требования: Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении).

Содержание требования: Емкости для сбора медицинских отходов и тележки должны быть промаркированы "Отходы. Класс А".

Содержание требования: Порядок мойки и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со Схемой.

176. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 167, Глава 10

Содержание требования: Запрещается стирка специальной одежды на дому.

Содержание требования: Личную одежду и специальную одежду необходимо хранить в разных шкафах.

Содержание требования: Работникам организаций, в которых образуются медицинские отходы, не допускается выходить за пределы рабочих помещений участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В в специальной одежде, используемой в рабочих помещениях участка.

177. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

(профилактических) мероприятий», 3, Пункт 192, Глава 10

Содержание требования: Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Д осуществляется организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности 49 .

178. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 200, Глава 10

Содержание требования: Жидкие медицинские отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии, мокрота) больных туберкулезом допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации, при условии ее оснащения системой обеззараживания сточных вод.

Содержание требования: Физический метод обеззараживания медицинских отходов классов Б и В, включающий воздействие водяным насыщенным паром под избыточным давлением, высокой температурой, в том числе плазмой, радиационным, электромагнитным излучением, применяется при наличии специального оборудования – установок для обеззараживания медицинских отходов.

Содержание требования: При отсутствии централизованной канализации обеззараживание жидких медицинских отходов класса Б (рвотные массы, моча, фекалии, мокрота) проводят химическим или физическим методами.

Содержание требования: Химический метод обеззараживания медицинских отходов классов Б и В, включающий воздействие растворами дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным (включая туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным (спороцидным – по мере необходимости) действием в соответствующих режимах, применяется с помощью специальных установок или способом погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим раствором в местах их образования.

Содержание требования: Применение технологий утилизации, в том числе с сортировкой отходов, возможно только после предварительного аппаратного обеззараживания медицинских отходов класса Б и В физическими методами.

Содержание требования: Медицинские отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным способом, хранение и транспортирование необеззараженных медицинских отходов класса В не допускается.

Содержание требования: Персонал медицинской организации осуществляет обеззараживание и уничтожение вакцин.

Содержание требования: Не допускается использование вторичного сырья, полученного из медицинских отходов, для изготовления товаров детского ассортимента, материалов и изделий, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами, изделиями медицинского назначения.

Содержание требования: При децентрализованном способе обезвреживания медицинских отходов классов Б и В установки обезвреживания медицинских отходов размещаются на территории организации, осуществляющей медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, в соответствии с требованиями Санитарных правил.

Содержание требования: Термическое уничтожение медицинских отходов классов Б и В может осуществляться децентрализованным способом (инсинераторы или другие установки термического обезвреживания, предназначенные к применению в этих целях).

Содержание требования: При любом методе обеззараживания медицинских отходов

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

классов Б и В используют дезинфекционные средства и оборудование, разрешенные к использованию в системе обращения с медицинскими отходами в соответствии с инструкциями по их применению.

Содержание требования: Жидкие медицинские отходы класса В (рвотные массы, моча, фекалии, мокрота от больных, инфицированных микроорганизмами 1 – 2 групп патогенности) не допускается сливать в систему централизованной канализации без предварительного обеззараживания химическим или физическим методами.

Содержание требования: Размещение обезвреженных медицинских отходов класса Б и В на полигоне ТКО допускается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование) и невозможности их повторного применения.

179. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 164, Глава 10

Содержание требования: Хозяином субъектом, осуществляющим медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность (далее – организация), утверждается схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее – Схема).

180. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 180, Глава 10

Содержание требования: Патологоанатомические и органические операционные медицинские отходы класса Б (органы, ткани) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах.

181. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 177, Глава 10

Содержание требования: Медицинские отходы класса Б в закрытых одноразовых емкостях (пакетах, баках) должны помещаться в контейнеры и перемещаться на участок по обращению с отходами или помещение для хранения медицинских отходов до их вывоза из организации.

Содержание требования: Доступ лиц, не связанных с работами по обращению с медицинскими отходами, в помещения хранения медицинских отходов запрещается.

182. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

(профилактических) мероприятий», 3, Пункт 204, Глава 10

Содержание требования: Транспортные средства и многоразовые контейнеры для транспортировки медицинских отходов класса А подлежат мытью, дезинфекции и дезинсекции не реже 1 раза в неделю, для медицинских отходов класса Б и В – после каждого опорожнения.

183. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 165, Глава 10
- Содержание требования: Сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов следует выполнять в соответствии с утвержденной Схемой.
184. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 209, Глава 10
- Содержание требования: Факт вывоза и обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов, должен иметь документальное подтверждение.
185. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 198, Глава 10
- Содержание требования: При сборе и перемещении необеззараженных медицинских отходов классов Б и В в случае возникновения аварийной ситуации (рассыпание, разливание отходов) должны быть выполнены следующие действия: персонал медицинской организации с использованием одноразовых средств индивидуальной защиты и уборочного инвентаря одноразового использования (щетки, ветошь) собирает отходы в другой одноразовый пакет или контейнер цвета, соответствующего классу опасности отходов.
- Содержание требования: При сборе и перемещении необеззараженных медицинских отходов классов Б и В в случае возникновения аварийной ситуации (рассыпание, разливание отходов) должны быть выполнены следующие действия: персонал медицинской организации доставляет упаковку к месту временного хранения (накопления) необеззараженных медицинских отходов или на участок обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов.
- Содержание требования: При сборе и перемещении необеззараженных медицинских отходов классов Б и В в случае возникновения аварийной ситуации (рассыпание, разливание отходов) должны быть выполнены следующие действия: персонал медицинской организации закрывает и повторно маркирует упаковку.
186. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 174, Глава 10

Содержание требования: Выбор метода обеззараживания (обезвреживания) определяется исходя из возможностей организации и определяется при разработке Схемы.

Содержание требования: В случае отсутствия в организации участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории, медицинские отходы класса Б обеззараживаются (обезвреживаются) работниками данной организации в местах их образования.

Содержание требования: Медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции.

187. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 201, Глава 10

Содержание требования: Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б и В осуществляется в холодильных шкафах не более 7 суток или в морозильных камерах – до одного месяца с начала момента накопления отходов.

Содержание требования: Накопление и временное хранение необеззараженных медицинских отходов классов Б и В осуществляется персоналом медицинской организации отдельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ лиц, не связанных с обращением с медицинскими отходами.

Содержание требования: Контейнеры с медицинскими отходами класса А устанавливаются на специальной площадке.

Содержание требования: Одноразовые пакеты, используемые для сбора медицинских отходов классов Б и В, должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов.

Содержание требования: Применение холодильного или морозильного оборудования, предназначенного для накопления отходов, для других целей не допускается.

Содержание требования: Контейнерная площадка должна располагаться на территории хозяйственной зоны медицинской организации не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищеблока, иметь твердое покрытие (асфальтовое, бетонное).

Содержание требования: Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания контейнеров на 0,5 метра во все стороны.

Содержание требования: Контейнерная площадка должна иметь ограждение.

Содержание требования: Сбор медицинских отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены.

188. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 185, Глава 10

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора медицинских отходов класса В должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или контейнерах.

189. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 196, Глава 10

Содержание требования: Ответственным лицом организации вносится запись в журнал учета, составляется акт о травме (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых) на производстве установленной формы с указанием даты, времени, места, характера травмы, в котором подробно описывают ситуацию, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил техники безопасности, указывают лиц, находившихся на месте травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), а также примененный метод экстренной профилактики.

190. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 191, Глава 10

Содержание требования: Сбор и временное хранение, накопление медицинских отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости ("Отходы. Класс Г").

191. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 172, Глава 10

Содержание требования: Запрещается сброс отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры.

Содержание требования: При эксплуатации мусоропроводов необходимо проводить их очистку, мойку, дезинфекцию и механизированное удаление отходов из мусоросборных камер.

Содержание требования: Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер должна проводиться еженедельно.

Содержание требования: Промывка контейнеров должна осуществляться после каждого удаления из них отходов, дезинфекция – не реже 1 раза в неделю.

Содержание требования: Запас контейнеров для мусороприемной камеры должен быть обеспечен не менее чем на одни сутки.

Содержание требования: Профилактическая дезинфекция, дезинсекция должна проводиться не реже 1 раза в месяц, дератизация – по результатам оценки заселенности объекта организации грызунами.

192. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 157, Глава 10

Содержание требования: Размещение медицинских отходов должно осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека 48

Содержание требования: Сбор, использование, обезвреживание, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека 48

193. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 188, Глава 10

Содержание требования: Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях должны быть помещены в специальные контейнеры и храниться в помещении для хранения медицинских отходов не более 24–х часов (без использования холодильного оборудования).

Содержание требования: Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях должны быть помещены в специальные контейнеры и храниться в помещении для хранения медицинских отходов не более 7 суток.(при использовании холодильного оборудования).

194. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 186, Глава 10

Содержание требования: Перемещение медицинских отходов класса В за пределами структурного подразделения организации, в котором образовались отходы, в открытых емкостях не допускается.

Содержание требования: После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор медицинских отходов в данном структурном подразделении организации, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок–стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание медицинских отходов класса В.

Содержание требования: Твердые (непрокальваемые) емкости закрываются крышками.

195. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 187, Глава 10

Содержание требования: При упаковке медицинских отходов класса В для удаления из структурного подразделения организаций, одноразовые емкости (пакеты, баки) с медицинскими отходами класса В маркируются надписью "Отходы. Класс В" с нанесением

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

названия организации, подразделения, даты дезинфекции и фамилии лица, ответственного за сбор и дезинфекцию отходов, а также даты окончательной упаковки медицинских отходов.

196. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 202, Глава 10
Содержание требования: Процессы перемещения отходов от мест их образования к местам их временного хранения, обезвреживания и (или) обеззараживания, выгрузки и загрузки многоразовых контейнеров должны быть механизированы.
197. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 178, Глава 10
Содержание требования: Медицинские отходы класса Б, предварительно обеззараженные химическим способом, до их вывоза из медицинской организации к месту обезвреживания допускается хранить на оборудованных площадках, имеющих твердое покрытие и навес.
Содержание требования: Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, воздействию температур с учетом климатических условий, моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция которых не должна допускать их самопроизвольного открывания.
198. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 175, Глава 10
Содержание требования: Перемещение медицинских отходов класса Б за пределами структурного подразделения организации в открытых емкостях не допускается.
Содержание требования: Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора медицинских отходов класса Б в структурных подразделениях организации должна быть закреплена на специальных стойках– тележках или контейнерах.
Содержание требования: Для сбора острых медицинских отходов класса Б организацией должны использоваться одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры), которые должны иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.
Содержание требования: Твердые (непрокальваемые) емкости должны закрываться крышками.
Содержание требования: Для сбора органических, жидких медицинских отходов класса Б организацией должны использоваться одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.

Содержание требования: Медицинские отходы класса Б должны собираться работниками

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющие желтую маркировку, в зависимости от морфологического состава отходов.

Содержание требования: Для отделения игл должны использоваться иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели.

Содержание требования: После заполнения мягкой упаковки (одноразового пакета) не более чем на 3/4 работник, ответственный за сбор отходов в соответствующем структурном подразделении организации, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание медицинских отходов класса Б.

Содержание требования: В случае применения аппаратных методов обеззараживания медицинских отходов в организации допускается сбор медицинских отходов класса Б на рабочих местах этой организации в общие емкости (контейнеры, пакеты) использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным отделением игл, перчаток, перевязочного материала.

199. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 195, Глава 10

Содержание требования: В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых), персоналу медицинской организации необходимо принять меры экстренной профилактики.

200. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 210, Глава 10

Содержание требования: Производственный контроль включает в себя: а) визуальную и документальную проверку (не реже 1 раза в месяц): количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров), средств малой механизации, дезинфицирующих средств; обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены; санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного хранения и (или) участков по обращению с медицинскими отходами, мусоропроводов, контейнерных площадок; соблюдения режимов обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов, средств их накопления, транспортировки, спецодежды; регулярности вывоза медицинских отходов. Содержание требования: Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в области обращения с медицинскими отходами, организуют и осуществляют производственный контроль.

Содержание требования: Производственный контроль включает в себя: б) лабораторно-инструментальную проверку: микробиологический контроль эффективности обеззараживания, обезвреживания отходов на установках обеззараживания, обезвреживания по утвержденным методикам (не реже 1 раза в год).

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

201. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 160, Глава 10
Содержание требования: Обращение с медицинскими отходами классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1 – 2 классов опасности после их обеззараживания, осуществляется в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г.
202. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 169, Глава 10
Содержание требования: Смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости недопустимо.
203. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 199, Глава 10
Содержание требования: Использованные средства индивидуальной защиты и спецодежду персонал медицинской организации должен завязывать или закрывать пакет с помощью бирки–стяжки или других приспособлений.
Содержание требования: Использованные средства индивидуальной защиты и спецодежду персонал медицинской организации должен собирать в пакет, соответствующий цвету классу опасности отходов.
Содержание требования: Использованные средства индивидуальной защиты и спецодежду персонал медицинской организации должен доставляться персоналом медицинской организации на участок обеззараживания медицинских отходов.
Содержание требования: Поверхность в месте рассыпания медицинских отходов персоналом медицинской организации должна обрабатываться раствором дезинфицирующего средства согласно инструкции по его применению.
204. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 176, Глава 10
Содержание требования: Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б внутри организации должна производиться ежедневно.
Содержание требования: После проведения дезинфекции медицинских отходов класса Б медицинские отходы должны упаковываться в одноразовые емкости (пакеты, баки) и маркироваться надписью: "Отходы. Класс Б" с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты дезинфекции и фамилии лица, ответственного за сбор

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

и дезинфекцию медицинских отходов.

205. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 208, Глава 10
Содержание требования: Для учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в медицинских организациях ведется технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации.
Содержание требования: Для учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в медицинских организациях ведется технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода.
Содержание требования: Для учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г и Д в медицинских организациях ведется технологический журнал участка по обращению с отходами.
206. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 159, Глава 10
Содержание требования: После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б и В собираются хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и содержать следующую информацию: "Отходы класса Б, обеззараженные" и "Отходы класса В, обеззараженные", наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов.
Содержание требования: Последующее обращение с такими отходами обеспечивается хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение с медицинскими отходами, в соответствии с требованиями Санитарных правил к отходам класса А.
207. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 194, Глава 10
Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается вручную разрушать, разрезать медицинские отходы классов Б и В, в целях их обеззараживания.
Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается прессовать контейнеры с иглами, конструкция которых допускает рассыпание игл после прессования.
Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора медицинских

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

отходов на расстоянии менее 1 метра от нагревательных приборов.

Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается утрамбовывать медицинские отходы классов Б и В.

Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается пересыпать (перегружать) неупакованные медицинские отходы классов Б и В из одной емкости в другую.

Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается снимать ручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции.

Содержание требования: При сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами запрещается осуществлять любые манипуляции с медицинскими отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.

208. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 183, Глава 10

Содержание требования: Медицинские отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции физическими методами.

Содержание требования: Выбор метода обеззараживания (обезвреживания) определяется исходя из возможностей организации и определяется при разработке Схемы.

Содержание требования: Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений больных лиц, а также при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

Содержание требования: Вывоз необеззараженных медицинских отходов класса В за пределы территории медицинской организации не допускается.

Содержание требования: Вывоз необеззараженных медицинских отходов класса В, а также относящихся к классу Б, загрязненных и потенциально загрязненных мокротой пациентов, лиц, больных туберкулезом, в том числе из лечебно–диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), отходов микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза, за пределы территории медицинской организации не допускается.

209. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 163, Глава 10

Содержание требования: Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующие этапы: сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность.

Содержание требования: Система сбора, хранения, размещения и транспортирования,

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующий этап: транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы.

Содержание требования: Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующий этап: перемещение отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы.

Содержание требования: Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующий этап: размещение, обезвреживание или утилизация медицинских отходов.

Содержание требования: Система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов должна включать следующий этап: обеззараживание (обезвреживание) отходов.

210. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 184, Глава 10

Содержание требования: Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты, изделия медицинского назначения должны быть помещены в твердую (непрокальваемую) влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры).

Содержание требования: Медицинские отходы класса В должны собираться в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную маркировку. Выбор упаковки определяется в зависимости от морфологического состава отходов.

211. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 171, Глава 10

Содержание требования: Дальнейшее перемещение пищевых отходов внутри организации производится в соответствии со Схемой.

Содержание требования: Пищевые отходы, предназначенные к вывозу из организации для захоронения на полигонах ТКО, должны помещаться для хранения в многоразовые контейнеры в одноразовой упаковке.

Содержание требования: При использовании специально выделенного холодильного оборудования вывоз пищевых отходов из организации осуществляется по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю.

Содержание требования: Хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования допускается не более 24 часов.

Содержание требования: Сбор пищевых отходов осуществляется отдельно от других медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, установленные в помещениях пищеблоков, столовых и буфетных организации.

212. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 168, Глава 10

Содержание требования: В Схеме указываются: применяемые организацией способы обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способы дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами.

Содержание требования: В Схеме указываются: качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов в организации.

Содержание требования: В Схеме указываются: порядок и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза.

Содержание требования: В Схеме указываются: потребность организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 1 раза в 72 часа, в операционных залах – после каждой операции.

Содержание требования: В Схеме указывается порядок сбора медицинских отходов в организации.

Содержание требования: В Схеме указывается порядок действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливание) медицинских отходов.

Содержание требования: В Схеме указывается организация гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами.

Содержание требования: В Схеме указывается порядок действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов.

213. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 190, Глава 10

Содержание требования: Сбор, хранение отходов цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г, без дезактивации запрещается.

Содержание требования: Работники организации немедленно проводят дезактивацию отходов на месте их образования с применением специальных средств.

Содержание требования: Работа с такими отходами должна производиться с применением средств индивидуальной защиты и осуществляться в вытяжном шкафу.

Содержание требования: Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, должны собираться работниками организации в одноразовую маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного).

Содержание требования: Также проводится дезактивация рабочего места.

214. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 179, Глава 10

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: При организации участков обеззараживания, обезвреживания медицинских отходов с использованием аппаратных методов допускается сбор, хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б (кроме отходов лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров (диспансеров), загрязненных и потенциально загрязненных мокротой пациентов, отходов микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза) без предварительного обеззараживания в местах образования структурных подразделений организаций, при условии обеспечения организацией необходимых требований эпидемической безопасности. При этом в организации должны быть в наличии необходимые расходные средства, в том числе одноразовая упаковочная тара, для обращения с медицинскими отходами.

215. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 161, Глава 10

Содержание требования: Обращение с медицинскими отходами класса Г осуществляется в соответствии с требованиями настоящей главы Санитарных правил.

216. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 193, Глава 10

Содержание требования: Дезинфекция оборотных межкорпусных контейнеров для сбора отходов медицинских классов А и Б, кузовов автомашин производится в местах разгрузки не менее одного раза в неделю специализированной организацией, вывозящей отходы.

217. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 3, Пункт 166, Глава 10

Содержание требования: К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

218. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 83, Глава III, Раздел 1

Содержание требования: Средства, оборудование, материалы для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее – дезинфекционные средства) должны быть эффективны в отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды (приложение 6 к Санитарным правилам).

219. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 767, Глава VII, Раздел 1

Содержание требования: С целью профилактики профессиональных заражений ГВ и ГС

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

проводится: экстренная профилактика ГВ.

Содержание требования: С целью профилактики профессиональных заражений ГВ и ГС проводится: выявление лиц, инфицированных ВГВ и ВГС среди медицинского персонала в ходе проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.

Содержание требования: С целью профилактики профессиональных заражений ГВ и ГС проводится: учет случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций, связанных с попаданием крови и других биологических жидкостей на кожу и слизистые оболочки.

Содержание требования: С целью профилактики профессиональных заражений ГВ и ГС проводится: ежегодное обследование медицинских работников с определением концентрации анти-HBs.

Содержание требования: С целью профилактики профессиональных заражений ГВ и ГС проводится: вакцинация одной дозой вакцины против гепатита В медицинских работников, у которых концентрация анти-HBs менее 10 мМЕ/мл.

220. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 62, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников

221. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 72, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения.

222. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 607, Глава VI, Раздел 1

Содержание требования: Медицинское освидетельствование граждан должно проводиться с последующим (послетестовым) консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Содержание требования: Факт проведения предварительного (дотестового) и последующего (послетестового) консультирования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции должен фиксироваться в медицинской документации

Содержание требования: Медицинское освидетельствование граждан должно проводиться с предварительным (дотестовым) консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

223. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 793, Глава VIII, Раздел 1

Содержание требования: Посещение медицинской противотуберкулезной организации детьми, получившими направление медицинского работника в указанную организацию в связи с подозрением на туберкулез для обследования в целях уточнения диагноза, в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, должны обеспечивать их родители или иные законные представители.

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: При обнаружении во время обследования пациента признаков, указывающих на возможное заболевание туберкулезом, в целях постановки окончательного диагноза, он направляется в медицинскую противотуберкулезную организацию. Медицинский работник, оформляющий направление в медицинскую противотуберкулезную организацию, информирует пациента об обязанности явиться на обследование в противотуберкулезную медицинскую организацию в течение 10 рабочих дней с момента получения направления и делает отметку в медицинской документации пациента о его информировании, которая заверяется подписью пациента.

Содержание требования: Лица с подозрением на туберкулез, получившие направление медицинского работника в профильную лечебно-профилактическую медицинскую организацию (диспансер противотуберкулезный; специализированную больницу туберкулезную, в том числе детскую) (далее – медицинская противотуберкулезная организация), обязаны в течение десяти рабочих дней с момента получения указанного направления явиться на обследование в медицинскую противотуберкулезную организацию в целях уточнения диагноза.

224. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 27, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Медицинская организация, изменившая или уточнившая диагноз, в течение 12 часов подает новое экстренное извещение на пациента с инфекционным заболеванием в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту выявления заболевания, с указанием измененного (уточненного) диагноза, даты его установления, первоначального диагноза, результата лабораторного исследования.

225. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 33, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Забор биологического материала проводится в первый день обращения больного за медицинской помощью или сроки, регламентированные для конкретной нозологической формы инфекционного заболевания.

Содержание требования: В последующем исследования повторяются в определенные для каждой нозологической формы сроки.

226. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 602, Глава VI, Раздел 1

Содержание требования: Медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат контингенты населения, указанные в разделе I приложения 13 к СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

227. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 20, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: В медицинских организациях должны обеспечиваться безопасные условия труда медицинских работников, соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим, осуществляться мероприятия по предупреждению

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

228. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 98, Глава III, Раздел 1
Содержание требования: Дезинсекция должна проводиться на следующих объектах (далее – объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение): медицинские организации.
Содержание требования: Дезинсекция включает в себя организационные, санитарно–технические, санитарно–гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно–гигиеническое значение.
229. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 804, Глава VIII, Раздел 1
Содержание требования: Уточнение численности прикрепленного населения должно проводиться медицинской организацией ежегодно.
230. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 101, Глава III, Раздел 1
Содержание требования: Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц.
Содержание требования: Кратность плановых обследований на заселенность членистоногих открытых территорий должна составлять 1 раз в месяц.
231. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 11, Глава II, Раздел 1
Содержание требования: Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно–эпидемиологических требований и проведением санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение
232. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 125, Глава III, Раздел 1
Содержание требования: Для дезинфекции медицинских изделий, контактирующих непосредственно с тканями пациента и окружающей средой длительное время, – трубки, зонды, катетеры, металлические или синтетические (полимеры) изделия, применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного действия (бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное).
Содержание требования: Делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола.
Содержание требования: При необходимости инструменты, простерилизованные в неупакованном виде одним из термических методов, после окончания стерилизации допускается хранить в разрешенных к применению бактерицидных (оснащенных ультрафиолетовыми лампами) камерах в течение срока, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае отсутствия таких камер – на стерильном столе не более 6 часов.

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Предстерилизационную очистку медицинских изделий проводят в централизованных стерилизационных отделениях, при их отсутствии этот этап обработки осуществляют в отделениях медицинских организаций.

Содержание требования: Изделия промывают согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по применению конкретного средства.

Содержание требования: Использовать дыхательные контуры однократного применения в течение не более 72 часов, если иное не предусмотрено производителем.

Содержание требования: Упаковочные материалы используют однократно.

Содержание требования: Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех медицинских изделий, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения.

Содержание требования: Повторное использование изделий однократного применения запрещается

Содержание требования: Предстерилизационную очистку медицинских изделий осуществляют после дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от применяемого средства): ручным или механизированным способом в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к оборудованию.

Содержание требования: Для химической стерилизации применяют растворы альдегидсодержащих, кислородсодержащих и некоторых хлорсодержащих средств, проявляющих спороцидное действие.

Содержание требования: Все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в стерильном халате, маске и перчатках с использованием стерильных простыней.

Содержание требования: В медицинских организациях не допускается применять дератизационные средства, содержащие яды острого действия, порошковидные формы родентицидов.

Содержание требования: Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.

Содержание требования: Во избежание разбавления рабочих растворов, в том числе используемых многократно, погружаемые в них изделия должны быть сухими.

Содержание требования: При стерилизации химическим методом с применением растворов химических средств отмытые стерильной водой простерилизованные изделия используют сразу по назначению или помещают на хранение в стерильную стерилизационную коробку с фильтром, выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 календарных дней.

Содержание требования: При проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации растворами химических средств медицинские изделия погружают в рабочий раствор средства (далее – раствор) с заполнением каналов и полостей.

Содержание требования: При проведении текущей дезинфекции в присутствии пациентов и персонала не допускается применять способ орошения поверхностей дезинфицирующими растворами, а при способе протирания в присутствии пациентов и персонала применять средства, обладающие раздражающим действием, вызывающие аллергические реакции. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие пациентов при соблюдении персоналом мер предосторожности с использованием средств индивидуальной защиты.

Содержание требования: Стерилизацию осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и в руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели.

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: съемные детали аппаратов дезинфицируют так же, как медицинские изделия из соответствующих материалов.

Содержание требования: В медицинских организациях для текущей дезинфекции не допускается применение дезинфицирующих средств I – III класса опасности при ингаляционном пути поступления в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы.

Содержание требования: При стерилизации изделий в неупакованном виде воздушным методом не допускается хранение простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации.

Содержание требования: При паровом методе также используют стерилизационные коробки с фильтрами.

Содержание требования: Все изделия, простерилизованные в неупакованном виде, запрещается переносить из кабинета в кабинет.

Содержание требования: Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения проводят ответственные лица в рамках производственного контроля.

Содержание требования: Отделения медицинской организации должны быть обеспечены медицинской техникой и медицинскими изделиями в количестве, достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их обработки между манипуляциями у пациентов.

Содержание требования: Запрещается применять бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами с целью дезинфекции или стерилизации изделий.

Содержание требования: Контроль стерилизации должен включать контроль работы стерилизаторов, проверку значений параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности.

Содержание требования: Медицинские изделия однократного и многократного применения после использования подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования.

Содержание требования: Дезинфекцию медицинских изделий выполняют ручным (в специально предназначенных для этой цели емкостях) или механизированным (моюще-дезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) способом.

Содержание требования: В медицинских организациях применяют инсектициды только IV класса опасности, исключение составляют средства в аэрозольных упаковках.

Содержание требования: Контроль работы стерилизаторов проводят: физическим (с использованием контрольно-измерительных приборов), химическим (с использованием химических индикаторов) и бактериологическим (с использованием биологических индикаторов) методами. Параметры режимов стерилизации контролируют физическим и химическим методами. Эффективность стерилизации оценивают на основании результатов бактериологических исследований при контроле стерильности изделий медицинского назначения.

Содержание требования: С целью предотвращения перекрестного инфицирования пациентов через наркозно-дыхательную аппаратуру преимущественно применяются специальные дыхательные фильтры, предназначенные для оснащения указанной аппаратуры, в частности, индивидуальные дыхательные складчатые гидрофобные фильтры однократного применения. Установку фильтров осуществляют в соответствии с инструкцией по применению конкретного фильтра.

Содержание требования: Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам – между вирусами или грибами рода Кандида (в туберкулезных

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза); в микологических стационарах (кабинетах) – по режимам, эффективным в отношении грибов рода Трихофитон.

Содержание требования: Воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионно-нестойких металлов, изделия из силиконовой резины.

Содержание требования: Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения медицинских изделий в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

Содержание требования: Перед стерилизацией газовым методом с изделий после предстерилизационной очистки удаляют видимую влагу.

Содержание требования: В медицинских организациях медицинские изделия многократного применения подлежат: дезинфекции, предстерилизационной (или окончательной) очистке, затем стерилизации (или дезинфекции высокого уровня – ДВУ), последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

Содержание требования: В присутствии больных не допускается проводить дезинсекцию методами орошения и опыливания.

Содержание требования: Не использованные в течение 6 часов материалы и инструменты со стерильного стола направляют на повторную стерилизацию.

Содержание требования: Газовым методом стерилизуют изделия из различных, в том числе термолабильных, материалов, используя в качестве стерилизующих средств окись этилена, формальдегид, озон.

Содержание требования: Для контроля концентрации действующих веществ в средствах (рабочих растворах) используют экспресс-методы.

Содержание требования: Химический метод стерилизации с применением растворов химических средств используется для стерилизации изделий, в конструкции которых применены термолабильные материалы, не позволяющие использовать другие доступные методы стерилизации.

Содержание требования: Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, допускается применять только с целью хранения инструментов для снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Содержание требования: Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно.

Содержание требования: После дезинфекции медицинские изделия многократного применения должны быть отмыты от остатков дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства.

Содержание требования: При паровом, воздушном, газовом и плазменном методах изделия стерилизуют в упакованном виде, используя разрешенные для этой цели бумажные, комбинированные и пластиковые стерилизационные упаковочные материалы, а также пергамент и бязь (в зависимости от метода стерилизации).

Содержание требования: Стерильный стол накрывают на 6 часов.

Содержание требования: Изделия медицинского назначения, простерилизованные в стерилизационных коробках, допускается извлекать для использования из стерилизационных коробок не более чем в течение 6 часов после их вскрытия.

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Результаты контроля регистрируют в журнале.

Содержание требования: При дератизации помещений для приема пищи и палат преимущественно применяются механические методы. В случае применения отравленных приманок их раскладывают в специальные, доступные только для грызунов емкости (контейнеры), исключающие разнос родентицидов грызунами и их попадание на пищевые продукты, медикаменты и другие.

Содержание требования: Учет стерилизации медицинских изделий ведут в журнале.

Содержание требования: Стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в рамках производственного контроля.

Содержание требования: При воздушном и инфракрасном методах допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде (в открытых лотках), после чего их сразу используют по назначению.

Содержание требования: Для дезинфекции медицинских изделий применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное – с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия.

Содержание требования: Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют физическими (паровой, воздушный, инфракрасный) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы оборудования.

Содержание требования: Емкости с приманкой нумеруют, расставляют и сдают под расписку представителю администрации.

Содержание требования: При использовании средств для дезинфекции, обладающих фиксирующими свойствами, с медицинских изделий предварительно удаляют видимые биологические загрязнения при наличии.

Содержание требования: При стерилизации растворами химических средств все манипуляции проводят, соблюдая правила асептики; используют стерильные емкости для стерилизации и отмывания изделий стерильной питьевой водой от остатков средства.

Содержание требования: Для дезинфекции изделий и объектов, загрязненных *C. difficile*, возбудителями газовой анаэробной инфекции и другими спорообразующими бактериями, а также при работе с этими возбудителями, применяют спoricидные средства.

Содержание требования: По окончании дератизационных работ емкости с остатками приманки собирают и утилизируют.

Содержание требования: Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной очистки высушивают до исчезновения видимой влаги.

Содержание требования: Стерилизацию осуществляют в соответствии с режимами применения средств для стерилизации конкретных групп изделий, а также согласно инструкциям по эксплуатации стерилизаторов, разрешенных к применению.

Содержание требования: Не допускается использование простерилизованных медицинских изделий назначения с истекшим сроком хранения после стерилизации.

Содержание требования: Использование сушильных шкафов для стерилизации воздушным методом запрещается.

Содержание требования: Стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децентрализованной системе обработки в следующих случаях: при стерилизации изделий медицинского назначения растворами химических средств; при стерилизации металлических инструментов термическими методами (гласперленовый, инфракрасный,

Профилактическое мероприятие

№ 74260041000121037874 от 12.05.2026

воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах.

Содержание требования: Химическим методом с применением паров перекиси водорода в специально предназначенных стерилизаторах, в том числе плазменных, стерилизуют хирургические, эндоскопические инструменты, эндоскопы, оптические устройства и приспособления, волоконные световодные кабели, зонды и датчики, электропроводные шнуры и кабели и другие изделия из металлов, латекса, пластмасс, стекла и кремния.

Содержание требования: Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат обеззараживанию (обезвреживанию), их повторное использование запрещается.

Содержание требования: Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, осуществляют в шкафах, рабочих столах. Сроки хранения указываются на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его применению.

Содержание требования: Стерилизацию изделий проводят в централизованных стерилизационных отделениях, при их отсутствии этот этап обработки осуществляют в стерилизационных или/и отделениях/кабинетах медицинских организаций

Содержание требования: Централизованное приготовление дезинфицирующих растворов, их хранение, обеззараживание белья, медицинских изделий и других объектов проводят в специально выделенных и оборудованных помещениях

Содержание требования: Инфракрасным методом стерилизуют стоматологические и иные инструменты из металлов.

Содержание требования: Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию в медицинских организациях проводит специально подготовленный персонал организации, а дезинсекцию и дератизацию – специалисты организаций дезинфекционного профиля или специально подготовленный персонал организации.

Содержание требования: Контролю подлежат: в стерилизационной – 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке – 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц.

233. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 21, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Врачи всех специальностей, средние медицинские работники медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления, а также других организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность (далее – медицинские работники), обязаны выявлять больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней.

234. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 810, Глава VIII, Раздел 1

Содержание требования: По эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год сотрудники медицинских организаций.

Содержание требования: По эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно–кишечного тракта, мочеполовой системы.

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

235. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 70, Глава II, Раздел 1
Содержание требования: Профилактические прививки, а также случаи необычных реакций и осложнений после введения иммунобиологических лекарственных препаратов должны регистрироваться и учитываться по месту их проведения в медицинских организациях и в органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно–эпидемиологический надзор
236. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 61, Глава II, Раздел 1
Содержание требования: Контроль допуска к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Содержание требования: Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний не допускаются работодателем к исполнению ими трудовых обязанностей
237. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 64, Глава II, Раздел 1
Содержание требования: Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации
238. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 24, Глава II, Раздел 1
Содержание требования: О каждом случае инфекционной болезни, носительства возбудителей инфекционной болезни или подозрения на инфекционную болезнь, а также в случае смерти от инфекционной болезни медицинские работники обязаны в течение 2 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) представить экстренное извещение в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно–эпидемиологический надзор, по месту выявления больного (независимо от места его постоянного пребывания)
239. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 676, Глава VI, Раздел 1
Содержание требования: Необходимо незамедлительно после контакта обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может являться потенциальным источником заражения и контактировавшее с ним лицо.
Содержание требования: Обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ–инфекции и контактировавшего лица проводят методом экспресс–тестирования на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации с обязательным направлением образца крови для стандартного тестирования на ВИЧ в диагностических тестах, одновременно выявляющих антитела к ВИЧ 1,2 и антиген p24.
Содержание требования: Если источник инфицирован ВИЧ, выясняют, получал ли он антиретровирусную терапию.
Содержание требования: Если пострадавшая – женщина, необходимо выяснить, не кормит

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

ли она грудью ребенка.

Содержание требования: Если пострадавшая – женщина, необходимо провести тест на беременность.

Содержание требования: Образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, являющегося потенциальным источником заражения, и контактного лица, передают для хранения в течение 12 месяцев в центр СПИД субъекта Российской Федерации.

Содержание требования: Пострадавшего и лицо, которое может являться потенциальным источником заражения, необходимо опросить о носительстве вирусных гепатитов, ИППП, воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, других заболеваний, провести консультирование относительно менее рискованного поведения.

Содержание требования: При появлении дополнительной информации схема корректируется.

Содержание требования: При отсутствии уточняющих данных постконтактную профилактику начинают незамедлительно.

240. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 5, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться мероприятия по введению ограничительных мероприятий (карантина)

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по организации иммунопрофилактики населения

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания)

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по организации гигиенического воспитания и обучения граждан.

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по проведению медицинских осмотров

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно–противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия)

241. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 679, Глава VI, Раздел 1

Содержание требования: Аварийные ситуации должны учитываться в каждой медицинской организации в журнале учета аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций (приложение 14 к Санитарным правилам).

242. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 26, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных заболеваний (допускается использование электронных журналов) по месту их выявления в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, других организациях, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность.

243. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 802, Глава VIII, Раздел 1

Содержание требования: Медицинскими организациями, обслуживающими взрослое население, обеспечивается проведение профилактических медицинских осмотров населения, прикрепленного к медицинской организации, с целью раннего выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года.

Содержание требования: Медицинскими организациями, обслуживающими взрослое население, обеспечивается проведение профилактических медицинских осмотров населения, прикрепленного к медицинской организации, с целью раннего выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года. В субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях с показателем заболеваемости населения туберкулезом 40 и более случаев на 100 тысяч населения в год – не реже 1 раза в год

244. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 69, Глава II, Раздел 1

Содержание требования: Хранение и транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для иммунизации населения, на всех этапах должно осуществляться с соблюдением температурных режимов хранения и транспортирования.

245. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 3443, Раздел 1

Содержание требования: При проведении лечебно–диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно–поликлинического приема пациента обеспечивают индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым в соответствии со спецификой манипуляции

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

246. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 3549, Раздел 1
Содержание требования: Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.
247. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 3564, Глава XLIV
Содержание требования: Текущие уборки в МО неинфекционного профиля, кроме помещений с асептическим режимом, проводят с применением моющих средств (без использования дезинфицирующих средств).
Содержание требования: В операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом текущую уборку помещений проводят с применением дезинфицирующих средств по режимам эффективным для профилактики вирусных инфекций
Содержание требования: Текущие уборки в МО проводятся не реже 2 раз в день
248. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 3542, Глава XLIV
Содержание требования: В целях профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских организациях осуществляют дезинфекционные и стерилизационные мероприятия, которые включают в себя работы по профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий.
249. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 3466, Раздел 1
Содержание требования: Стирка спецодежды персонала осуществляют централизованно и отдельно от белья пациентов.
Содержание требования: В перевязочных, процедурных, отделениях новорожденных, ожоговых отделениях, гематологических отделениях, отделениях трансплантологии, отделениях хирургической реанимации при проведении инвазивных манипуляций используют перчатки и медицинские маски.
Содержание требования: При проведении манипуляций/операций, сопровождающихся образованием брызг крови, секретов, экскретов, персонал надевает маски, приспособления для защиты глаз (очки, щитки).
Содержание требования: Использование масок обязательно во всех отделениях в период эпидемиологического неблагополучия.
Содержание требования: В операционных и родовых залах врачи и другие лица, участвующие в операции или приеме родов, должны работать в стерильных халатах и бахилах, специальной обуви, шапочках, перчатках и медицинских масках.
Содержание требования: Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной одежды: халатами, медицинскими костюмами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего.
Содержание требования: Медицинские маски используются при непрерывном применении не более 3–х часов, повторное использование многоразовых масок без стирки и

**Профилактическое мероприятие
№ 74260041000121037874 от 12.05.2026**

дезинфекции не допускается.

Содержание требования: Одноразовые использованные маски относят к отходам класса Б.

250. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 4, Пункт 3623, Раздел 1

Содержание требования: Не допускается использование медицинских изделий с истекшим сроком хранения после стерилизации.

251. ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки, 769, Статья 3, Раздел 1

Содержание требования: Упаковка (укупорочные средства) выпускается в обращение на таможенной территории Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на упаковку (укупорочные средства)

Содержание требования: Упаковка (укупорочные средства), соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и не допускается к обращению на таможенной территории Таможенного союза

252. ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно–косметической продукции, 799, Статья 4

Содержание требования: Парфюмерно–косметическая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам ТС, требования которых на нее распространяются, без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в настоящем техническом регламенте ТС требований к парфюмерно–косметической продукции и без проведения дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия. 2. Парфюмерно–косметическая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и не допускается к размещению на рынке.

Содержание требования: Парфюмерно–косметическая продукция, не соответствующая требованиям технического регламента "О безопасности парфюмерно–косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

Содержание требования: Парфюмерно–косметическая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента, не допускается к размещению на рынке

253. ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно–косметической продукции, 799, Статья 5

Содержание требования: Пробники, предназначенные для демонстрации свойств продукции и не предназначенные для передачи потребителям, должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию о номере партии или специальном коде, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно–косметической продукции.

Содержание требования: Маркировка парфюмерно–косметической продукции должна содержать описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных

Содержание требования: Дата должна включать в себя месяц и год (мм.гггг или мм.гг) или день, месяц и год (дд.мм.гггг или дд.мм.гг).

Профилактическое мероприятие № 74260041000121037874 от 12.05.2026

Содержание требования: Потребительская тара должна обеспечивать безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции.

254. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты, 878, Подпункт 18, Пункт 4.4

Содержание требования: Изготовитель в эксплуатационной документации к одежде специальной защитной должен указывать время защитного действия

255. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты, 878, Пункт 4.2.

Содержание требования: Средства индивидуальной защиты (кроме дерматологических) должны соответствовать общим требованиям, которыми предусмотрено, что средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) должны соответствовать санитарно-химическим, органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям, указанным в таблице 2 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза

Содержание требования: Средства индивидуальной защиты (кроме дерматологических) должны соответствовать общим требованиям, которыми предусмотрено, что компоненты (материалы и швы) средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать болевые ощущения

Содержание требования: Средства индивидуальной защиты (кроме дерматологических) должны соответствовать общим требованиям, которыми предусмотрено, что в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты должны указываться комплектность

Содержание требования: Средства индивидуальной защиты (кроме дерматологических) должны соответствовать общим требованиям, которыми предусмотрено, что в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты должны указываться дезинфекции средств индивидуальной защиты

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Региональный портал госуслуг

Дата уведомления: 26.03.2026

Примечания: –

2. Способ уведомления: Почтовое отправление

Дата уведомления: 08.04.2026

Примечания: –

3. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 08.04.2026

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия